



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ДЕ.С.31.010.А № 51737/1

Срок действия до 29 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы дымовых газов Testo 330-1 LL, Testo 330-2 LL

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54361-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП РТ 1873-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2016 г. № 1751

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

12 2016 г.

Серия СИ

№ 026079

Срок действия до 01 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 июня 2018 г. № 1093

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



" 13.06 2018 г.